

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
МАКАРОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

УНП 192747145

Республика Беларусь, 220121 г. Минск, ул. Притыцкого, д. 45, кв. 135.

моб. +375 29 686 35 92,

моб. +375 29 686 54 18

e-mail: IEMakarovaJ@yandex.ru

ОАО «Технобанк» Республика Беларусь,

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44.

IBAN BY70TECN30131630500000000010

BIK TECNBY22

№ ЛГ от 11.09.2026

Государственное учреждение
«Республиканский клинический медицинский центр»
Управления делами Президента Республики Беларусь

Дефектный акт

При проведении диагностики установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала МКС-100А «Чистотел», зав. № 78 (инв. 01330165) производства ООО «НТЦ Амплитуда», РФ, нашим сервисным инженером установлено:

1. Требуется ремонт блока управления и индикации Установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала МКС-100А «Чистотел».
2. Требуется ремонт схемы и блока питания.
3. Требуется ремонт устройства детектирования «Левая нога».
4. Требуется ремонт устройства детектирования «Правая нога».
5. Требуется регулировка каналов Установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала МКС-100А «Чистотел».
6. Требуется поверка в БелГИМ Установки контроля поверхностного радиоактивного загрязнения персонала МКС-100А «Чистотел».

Индивидуальный
предприниматель



/Ю.А. Макарова/

Инженер по тех.оборудованию

В.А. Сиданов

+375296865418 Инженер Макаров А.С.

Скутебна - 14.10.2026

