

№ 3

№ 0

26/553

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический
медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

И.С. Абельская

« 16 » октября 2026 г.

Техническое задание

Лот №	
Наименование товаров (работ, услуг)	Ремонт машины моечно-дезинфекционной "AF2-60 PG"
Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)	33.14.19.200
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования)
Необходимое количество и единица измерения	1 усл.ед.
Предназначение предмета закупки или область применения	Учреждение здравоохранение
Описание предмета закупки	Ремонт машины моечно-дезинфекционной модель "AF2-60 PG", учетный номер: инв. № 01378351 включает в себя комплекс восстановительных работ, устранение следующих неисправностей и замену запасных частей: — замена концевиков двери - 2 шт.
Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества	Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем)

Требования при ремонте медицинской техники	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
---	---


Составители:

Начальник отдела
по обслуживанию медоборудования



А.Л.Руды

Инженер по эксплуатации и ремонту
оборудования отдела по обслуживанию
медицинского оборудования



В.А.Сманцер