

Приложение к лоту № 2

к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:

«Возведение здания специализированного здравоохранения и
предоставления социальных услуг по адресу:
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

«Аппарат для прессотерапии и лимфодренажа с набором манжет» - 3
комплекта.

1. Состав (комплектация) 1-го (одного) комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерен ия	Количес тво
1.1.	Аппарат	штука	1
1.2.	Манжета для ног с обхватом бедра в пределах 70 - 80 см длиной в пределах 80 - 90 см	штука	2
1.3.	Манжета для ног с обхватом бедра в пределах 85 - 95 см длиной в пределах 80 - 90 см	штука	2
1.4.	Вставка (увеличивающая) к манжете для ног	штука	2
1.5.	Манжета для рук с обхватом предплечий в пределах 50 - 60 см длиной в пределах 65 - 75 см	штука	4
1.6.	Штаны компрессионные с обхватом таза в пределах 140 - 150 см, бедра в пределах 80 – 90 см	штука	1
1.7.	Вставка (увеличивающая) к компрессионным штанам размера (обхват таза в пределах 140 - 150 см, бедра в пределах 80 – 90 см), увеличение в окружности в пределах 10 - 20 см	штука	1
1.8.	Штаны компрессионные с обхватом таза в пределах 125 - 135 см, бедра в пределах 70 – 80 см	штука	1
1.9.	Вставка (увеличивающая) к компрессионным штанам размера (обхват таза в пределах 125 - 135 см, бедра в пределах 70 – 80 см), увеличение в окружности в пределах 10 - 20 см	штука	1

1.10.	Пояс для компрессионных штанов и куртки	штука	2
1.11.	Удлинитель трубных соединителей	штука	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Напряжение питающей сети 230 ± 20 В, частота 50/60 Гц.
- 2.2. Аппарат пневмокомпрессионной терапии создает регулируемое давление в манжетах с градиентным распределением давления в камерах.
- 2.3. Возможность настройки параметров лечения на панели прибора.
- 2.4. Диапазон регулировки давления 20-120 мм рт. ст.
- 2.5. Встроенный таймер, автоматическое отключение по окончании заданного времени процедуры.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«5-я городская клиническая больница»,
главный внештатный физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Л.Л. Навацкая

Члены комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«3-я городская детская клиническая больница»,
главный внештатный детский физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Т.Н. Папий

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница»



О.В. Горбатова