

Приложение к лоту № 3

к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

«Аппарат для ультразвуковой терапии» - 2 комплекта.

1. Состав (комплектация) 1-го (одного) комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Электронный блок.	штука	1
1.2.	Сменный излучатель с площадью рабочей поверхности 1-2 см ² .	штука	1
1.3.	Сменный излучатель с площадью рабочей поверхности 4-5 см ² .	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Наличие двух частот ультразвуковых колебаний: 0,88-1 МГц и 2,64-3,1 МГц.
- 2.2. Режимы работы генератора УЗ-колебаний непрерывный и импульсный.
- 2.3. Наличие таймера.
- 2.4. Интенсивность ультразвуковых колебаний 0-3 Вт/см².
- 2.5. Отображение параметров процедуры на дисплее.
- 2.6. Автоматическое отключение со звуковым сигналом по окончании процедуры.
- 2.7. Напряжение питающей сети 230±20 В, частота 50-60 Гц.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«5-я городская клиническая больница»,
главный внештатный физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Л.Л. Навацкая

Члены комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«3-я городская детская клиническая больница»,
главный внештатный детский физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Т.Н. Папий

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница»



О.В. Горбатова