

Приложение к лоту № 5

к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:

«Возведение здания специализированного здравоохранения и
предоставления социальных услуг по адресу:
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

«Аппарат для светолечения с фильтрами и напольной подставкой
(стойкой)» - 6 комплектов.

1. Состав (комплектация) 1-го (одного) комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Аппарат светотерапии	штука	1
1.2.	Напольная стойка	штука	1
1.3.	Комплект фильтров (цветофильтров)	комплект	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Наличие передвижной напольной стойки.
- 2.2. Регулировка высоты размещения и наклона аппарата на стойке.
- 2.3. Длина волны 480-3400 нм.
- 2.4. Диаметр фильтра не более 5 см.
- 2.5. Степень поляризации более 95%.
- 2.6. Частота питающей сети 50/60 Гц.
- 2.7. Напряжение питающей сети 230±20 В.
- 2.8. Плотность потока световой энергии в минуту в среднем 2,4 Дж/см²;
- 2.9. Номинальная мощность галогеновой лампы не менее 20 Вт;
- 2.10. Наличие фильтра (насадки), позволяющего получать гиперполяризованный свет.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«5-я городская клиническая больница»,
главный внештатный физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома

 Л.Л. Навацкая

Члены комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«3-я городская детская клиническая больница»,
главный внештатный детский физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома

 Т.Н. Папий

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница»



О.В. Горбатова