

Приложение к лоту № 6

к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:

«Возведение здания специализированного здравоохранения и
предоставления социальных услуг по адресу:
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

«Аппарат для амплипульс-терапии (низкочастотной терапии)» - 2
комплекта.

1. Состав (комплектация) 1-го (одного) комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество
1.1.	Физиотерапевтический прибор низкочастотной электротерапии	штука	1
1.2.	Кабель пациента с электродами – флажками	штука	8
1.3.	Кабель пациента с раздвоенными электродами флажками	штука	4
1.4.	Электрод физиотерапевтический с токопроводящей тканью	штука	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Напряжение питающей сети 230 ± 20 В, частота 50 Гц.
- 2.2. Возможность программирования основных параметров процедур с
отображением на дисплее.
- 2.3. Наличие автоматического отключения по окончании процедур с плавным
снижением силы тока и подачей звукового сигнала.
- 2.4. Наличие автоматической защиты в цепи пациента по току до 80 мА.
- 2.5. Наличие таймера.
- 2.6. Потребляемая мощность не более 0,1 кВт.
- 2.7. Возможность работы в режиме амплипульс-терапии.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«5-я городская клиническая больница»,
главный внештатный физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Л.Л. Навацкая

Члены комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«3-я городская детская клиническая больница»,
главный внештатный детский физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Т.Н. Папий

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница»
Горбатова



О.В.