

Приложение к лоту № 7

к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:

«Возведение здания специализированного здравоохранения и
предоставления социальных услуг по адресу:
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

«Аппарат импульсной индукционной магнитотерапии» - 4 комплекта.

1. Состав (комплектация) 1-го (одного) комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Аппарат импульсной индукционной магнитотерапии.	штука	1
1.2.	Индуктор длительность импульса не менее 300 мкс.	штука	1
1.3.	Индуктор длительность импульса не менее 100 мкс.	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Напряжение питающей сети 220 ± 230 В, частота 50-60 Гц.
- 2.2. Диапазон индукции магнитного поля на рабочей поверхности индукторов 0,2-1,2 Тл.
- 2.3. Форма импульса треугольная, однополярная.
- 2.4. Возможность выбора и отображение на дисплее продолжительности процедуры, режима и мощности воздействующего магнитного поля, выбранного индуктора.
- 2.5. Автоматическое отключение и звуковой сигнал по окончании процедуры.
- 2.6. Аппарат создает низко и среднечастотное импульсное магнитное поле.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«5-я городская клиническая больница»,
главный внештатный физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Л.Л. Навацкая

Члены комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«3-я городская детская клиническая больница»,
главный внештатный детский физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Т.Н. Папий

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница»



О.В. Горбатова