

Приложение к лоту № 8

к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:

«Возведение здания специализированного здравоохранения и
предоставления социальных услуг по адресу:
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

«Аппарат для магнитотерапии» - 2 комплекта.

1. Состав (комплектация) 1-го комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Блок питания и управления.	штука	1
1.2.	Основной излучатель.	штука	1
1.3.	Гибкая излучающая линейка.	штука	1
1.4.	Индикатор магнитного поля.	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Аппарат формирует два вида импульсного магнитного поля: «бегущее» и «неподвижное».

2.2. Амплитудное значение индукции магнитного поля на поверхности индукторов излучателей для «бегущего» поля от 2 до 25 мТл, для «неподвижного» поля от 2 до 45 мТл.

2.3. Частота следования импульсов магнитного поля для локального излучателя от 1 имп/с до 100 имп/с.

2.4. Наличие таймера.

2.5. Наличие маркировки полярности магнитного поля север, юг на излучателях аппарата.

2.6. Наличие программ воздействия.

2.7. Аппарат обеспечивает индикацию параметров и режимов воздействия магнитным полем, автоматическое прекращение режима воздействия при наличии неисправностей аппарата.

2.8. Напряжение питающей сети 230±20 В, частота 50/60 Гц.

2.9. Наличие принадлежностей для фиксации индуктора к телу.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«5-я городская клиническая больница»,
главный внештатный физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома  Л.Л. Навацкая

Члены комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«3-я городская детская клиническая больница»,
главный внештатный детский физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома  Т.Н. Папий

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница»  О.В. Горбатова