

## Приложение к лоту № 10

к заявке на закупку  
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,  
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)  
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:

«Возведение здания специализированного здравоохранения и  
предоставления социальных услуг по адресу:  
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

«Аппарат для местной дарсонвализации» - 1 комплект.

### 1. Состав (комплектация) 1-го (одного) комплекта оборудования:

| №<br>п/п | Наименование оборудования            | Единица<br>измерения | Количество |
|----------|--------------------------------------|----------------------|------------|
| 1.1.     | Аппарат для местной дарсонвализации. | штука                | 1          |
| 1.2.     | Резонатор.                           | штука                | 1          |
| 1.3.     | Комплект электродов:                 | комплект             | 1          |
| 1.3.1.   | Электрод гребешковый.                | штука                | 1          |
| 1.3.2.   | Электрод ушной.                      | штука                | 1          |
| 1.3.3.   | Электрод ректальный малый.           | штука                | 1          |
| 1.3.4.   | Электрод ректальный большой.         | штука                | 1          |
| 1.3.5.   | Электрод грибовидный малый.          | штука                | 1          |
| 1.3.6.   | Электрод грибовидный большой.        | штука                | 1          |
| 1.3.7.   | Электрод десенный.                   | штука                | 1          |
| 1.3.8.   | Электрод вагинальный.                | штука                | 1          |

### 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Напряжение питающей сети  $(230 \pm 20)$  В, частота 50/60 Гц.
- 2.2. Максимальная величина тока на выходе аппарата при ушном и дёсенном электродах  $3 \pm 1$  мА, при остальных электродах  $4 \pm 1,2$  мА.
- 2.3. Регулятор мощности обеспечивает плавное изменение выходного тока от нуля до максимального значения.
- 2.4. Аппарат создает высокочастотные импульсно-модулированные колебания  $110 \pm 8,25$  кГц.
- 2.5. Потребляемая мощность не более 1 кВт.

**3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:**

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Разработчики технических характеристик:**

Председатель комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)  
физиотерапевтического отделения  
учреждения здравоохранения  
«5-я городская клиническая больница»,  
главный внештатный физиотерапевт  
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Л.Л. Навацкая

**Члены комиссии:**

Врач-физиотерапевт (заведующий)  
физиотерапевтического отделения  
учреждения здравоохранения  
«3-я городская детская клиническая больница»,  
главный внештатный детский физиотерапевт  
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Т.Н. Папий

Врач-физиотерапевт (заведующий)  
физиотерапевтического отделения  
учреждения здравоохранения  
«4-я городская клиническая больница»  
Горбатова



О.В.