

Приложение к лоту № 11

к заявке на закупку
медицинских изделий

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

в рамках реализации объекта строительства:

«Возведение здания специализированного здравоохранения и
предоставления социальных услуг по адресу:
пр. Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

«Аппарат магнитотерапевтический низкочастотный» - 2 комплекта.

1. Состав (комплектация) 1-го (одного) комплекта оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количес тво
1.1.	Аппарат общей магнитотерапии в составе:	штука	1
1.1.1.	Электронный блок.	штука	1
1.1.2.	Индуктор круглый диаметром 100-120 мм.	штука	2
1.1.3.	Индуктор прямоугольный.	штука	2
1.1.4.	Индуктор внутриволостной диаметром 20 – 30 мм.	штука	1
1.1.5.	Индуктор соленоид.	штука	2
1.2.	Кабель соединительный для индукторов.	штука	2
1.3.	Ремень индуктора.	штука	1
1.5.	Тележка (индуктородержатель).	штука	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

- 2.1. Вид тока индукторов: синусоидальный, пульсирующий.
- 2.2. Режимы работы индукторов непрерывный и прерывистый.
- 2.3. Частота тока индукторов: синусоидальный ток – в пределах 40-60 Гц и 100-110 Гц; пульсирующий ток – в пределах 10-60 Гц.
- 2.4. Максимальное амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности индукторов при синусоидальном токе в пределах 40-60 мТл, при пульсирующем токе – в пределах 60-90 мТл.

2.5. Максимальное амплитудное значение магнитной индукции на оси соленоида при синусоидальном токе в пределах 1-2 мТл, при пульсирующем токе – в пределах 3-7 мТл.

2.6. Наличие ступенчатой регулировки магнитной индукции от 30% до 100%.

2.7. Наличие автоматического отключения по окончанию процедуры и звукового сигнала оповещения.

2.8. Напряжение питающей сети 230 ± 20 В, частота 50-60 Гц.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

Председатель комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«5-я городская клиническая больница»,
главный внештатный физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Л.Л. Навацкая

Члены комиссии:

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«3-я городская детская клиническая больница»,
главный внештатный детский физиотерапевт
комитета по здравоохранению Мингорисполкома



Т.Н. Папий

Врач-физиотерапевт (заведующий)
физиотерапевтического отделения
учреждения здравоохранения
«4-я городская клиническая больница»



О.В. Горбатова