Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот№ 371 Расходный материал к биохимическому анализатору BA-400 производство BioSystems S.A., (Испания) - ионоселективный блок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	Электрод Na+	штук	6
2	Электрод K+	штук	6
3	Электрод CL-	штук	6
4	Референсный электрод	штук	6
5	Кассета с реагентом Na, K, CL, Li	штук	41
6	Набор промывочного раствора ISE модуля	набор	13

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг):

2.1 Расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;

2.2. Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 В случае предложения расходных материалов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных расходных материалов.