МТ №850/26
лот 1

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) катетеров питающих

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры питающие	CH04	штука	2 400
1.2	Катетеры питающие	CH05	штука	8 000
	Итого по лоту 1:		**штука**	**10 400**

2. Показатели (характеристики):

2.1. Длина катетера 50 (±10) см;

2.2. Наличие градуировки;

2.3. Наличие цветного коннектора с герметично закрывающейся крышкой (цвет коннектора в соответствии с общепринятой цветной кодировкой);

2.4. Катетер должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №850/26
лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) катетеров питающих

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.3	Катетеры питающие	CH06	штука	56 000
1.4	Катетеры питающие	CH08	штука	60 000
1.5	Катетеры питающие	CH10	штука	24 000
		Итого по лоту 2:	**штука**	**140 000**

2. Показатели (характеристики):

2.1 Длина катетера не менее 48 см;

2.2 Наличие градуировки;

2.3 Наличие цветного коннектора с герметично закрывающейся крышкой (цвет коннектора в соответствии с общепринятой цветной кодировкой);

2.4 Катетер должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №850/26
лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) катетеров питающих

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1	Катетеры питающие	CH12	штука	12 000
1.2	Катетеры питающие	CH14	штука	3 000
1.3	Катетеры питающие	CH16	штука	1 500
1.4	Катетеры питающие	CH18	штука	2 000
1.5	Катетеры питающие	CH20	штука	600
1.6	Катетеры питающие	CH22	штука	600
1.7	Катетеры питающие	CH24	штука	180
Итого по лоту 3:			**штука**	**19 880**

2. Показатели (характеристики):

2.1. Длина катетера не менее 80 см;

2.2. Наличие градуировки;

2.3. Наличие цветного коннектора с герметично закрывающейся крышкой (цвет коннектора в соответствии с общепринятой цветной кодировкой);

2.4. Катетер должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.