

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Кол-во штук
1.1	Монитор для эндоскопов типа C-MAC	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”.

№ п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры
2.1	Совместимость с видеобронхоскопом Karl Storz 11303 BNХ	наличие
2.2	Размеры	230мм x 155мм x 54мм (+/-10 мм)
2.3	Степень защиты IP	IP 54
2.4	Класс защиты	IEC Class II
2.5	Напряжение на входе	12 V
2.6	Текущее потребление	макс. 1.5 А
2.7	Время работы батареи	не менее 1 часа
2.8	Разрешение экрана	Не менее 1280 x 800
2.9	Ширина монитора	Не менее 150 мм
2.10	Высота монитора	90-110 мм
2.11	Носители цифровых данных	SD cards, SDHC cards 32-128 Gb или более (класс 4 или выше)
2.12	Выходной видео сигнал	подключенный монитор должен поддерживать режим 720p
2.13	USB-накопитель	USB 2.0-совместимость, FAT-формат, более 32 GB
2.14	Держатель	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документом организатора.