

## ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки  
**Катетеры (зонды) желудочные для УЗ Гомельской области**

### 1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| Номер и наименование ЛОТа                      | Размер / состав | Количество  |
|------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>ЛОТ №1</b><br>Катетер желудочный            | 1.1. Ch-06      | 150 штук    |
| <b><del>ЛОТ №2</del></b><br>Катетер желудочный | 1.1. Ch-08      | 910 штук    |
|                                                | 1.2. Ch-10      | 580 штук    |
|                                                | 1.3. Ch-12      | 2 400 штук  |
|                                                | 1.4. Ch-14      | 2 250 штук  |
|                                                | 1.5. Ch-16      | 10 130 штук |
|                                                | 1.6. Ch-18      | 15 190 штук |
|                                                | 1.7. Ch-20      | 15 130 штук |
|                                                | 1.8. Ch-22      | 9 690 штук  |
|                                                | 1.9. Ch-24      | 10 410 штук |
|                                                | 1.10. Ch-25     | 3 570 штук  |
|                                                | 1.11. Ch-26     | 3 530 штук  |
|                                                | 1.12. Ch-28     | 1 540 штук  |
|                                                | 1.13. Ch-30     | 4 040 штук  |
|                                                | 1.14. Ch-32     | 4 660 штук  |
|                                                | 1.15. Ch-35     | 1 370 штук  |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| <b>ЛОТ №1, <del>ЛОТ №2</del></b><br><b>Катетер желудочный</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Длина катетера должна быть не менее 1000мм;<br>2.2. Должен иметь атравматичный закрытый кончик;<br>2.3. Наличие цветовой кодировки коннектора для быстрого определения размера катетера;<br>2.4. Каждое изделие должно быть стерильным и упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности. |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.