

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
Оксигенаторы одноразовые для портативной системы экстракорпоральной мембранной оксигенации			
1.1.	Оксигенатор с объемной скоростью кровотока до 1,5 л/мин. Суммарный объем заполнения системы до 100 мл.	штук	10
1.2.	Оксигенатор с объемной скоростью кровотока до 4,0 л/мин. Суммарный объем заполнения системы до 200 мл.	штук	10
1.3.	Оксигенатор с объемной скоростью кровотока до 7 л/мин. Суммарный объем заполнения системы до 250 мл.	штук	10
всего подлежит закупке:		штук	30

2. Показатели (характеристики):

2.1 Предлагаемое оборудование должно быть предназначено для обеспечения продолжительной (не менее 25 дней) экстракорпоральной оксигенации крови (ЭКМО). Допустимая продолжительность непрерывного использования одного набора не менее 25 дней.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Согласно документам организатора.