

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 1**1. Состав (комплектация) медицинских изделий.**

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Блок оптического индикатора расстояния № 1502613 или аналог	1
1.2.	Плата управления моторами лепестков MLC № 1517657 или аналог	2
1.3.	Плата управления динамическими направляющими лепестков и диафрагмы № 1564298 или аналог	8
1.4.	Мотор с тормозом в сборе для перемещения стола пациента по вертикальной оси № 1572997 или аналог	4
1.5.	Магнетрон e2v MG6370 № 45133308530 или аналог	2
1.6.	Панель киловольтного детектора № 1027687 или аналог	2
1.7.	Ion pump PSU Блок питания ионных насосов № 1527814 или аналог	1
1.8.	Ion Pump ионный насос вакуумной системы № 1515098 или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость запчастей с линейными ускорителями Elekta

2.2. запасные части, указанные в пункте 1, должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях:

- сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим;
- наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Гарантийный срок не менее 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот 2**1. Состав (комплектация) медицинских изделий.**

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Винт привода половинчатого лепестка (SCREW, HALF LEAF, ASSEMBLY) или аналог	5
1.2.	Мотор половинчатого лепестка (MOTOR, HD, HALF LEAF) для HD MLC или аналог	5
1.3.	Тиратрон DEUTERIUM-FILLED, FAST RCVY, TET THYRATRON или аналог	1
1.4.	Плата ASSY, PCB, MPS POWER DISTRIBUTION или аналог	1
1.5.	Плата Assembly, Softpot, Isocenter B side или аналог	1
1.6.	Плата Assembly, Softpot, Isocenter A side или аналог	1
1.7.	Плата Assembly, Softpot, Target B side или аналог	1
1.8.	Плата Assembly, Softpot, Target A side или аналог	1
1.9.	Плата PCB, BGM-EGN, ASSEMBLY	1
1.10.	Плата управления моторами MLC PCB Motor driver assy или аналог	2
1.11.	Плата ASSY, PCB, head Tranceiver или аналог	2
1.12.	Плата Module, Controller, Gun Driver или аналог	1

2. Технические требования.

2.1. Полная совместимость запчастей с линейными ускорителями Varian

2.2. запасные части, указанные в пункте 1, должны быть оригинальными, либо аналогичными, либо восстановленными на заводе-изготовителе, при условиях:

- сохранения гарантийных и эксплуатационных сроков аналогичных новым оригинальным комплектующим;
- наличия сопроводительных документов от производителя, подтверждающих качество товара.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Гарантийный срок не менее 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию