

47C

Исполнитель:

Частное предприятие «ЮнионМедикал»

Республика Беларусь, 220040, город Минск,

улица Корш-Саблина, дом 3, помещение 63

Тел./факс: +375 17 2426521

e-mail: unionmedicalminsk@gmail.com

УНП: 192380399

Директор Тарасюк В.В. (Тарасюк Владимир

Васильевич), действующий на основании Устава

АКТ

обследования технического состояния медицинской техники

№ 2026-BY-04-73, от «11» 09 2026 г.

Место установки медицинской техники ГУ „РКМЦ“ УДП РБ

Наименование медицинской техники: Аппа WTVU125L

Производитель: FMC Германия

Заводской № 64452049

Инвентарный № 013 77 325

Краткие сведения о состоянии медицинской техники и оборудования:

1. УФ лампа не работает
- 2.
- 3.
- 4.

Краткие сведения о возможности ремонта и предполагаемой стоимости работ:

Ориентировочная стоимость ремонта составляет _____ BYN.

Срок поставки запасных частей, при их отсутствии, 90-120 дней со дня подписания договора на ремонт МТ

Перечень необходимых для ремонта запасных частей и их предполагаемой стоимости:

Наименование	Артикул	Кол-во
1. Лампа UF		1
2.		
3.		
4.		
5.		

Заключение о пригодности к эксплуатации:

инженер ООО
информация Ч.В. Р

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ведущий инженер

частного предприятия «ЮнионМедикал»

Степанов В.А.

М.П.

(подпись, Ф.И.О.)

