

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические требования

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр
Лот №1 - Щетка для очистки инструментального канала одноконечная одноразовая	Для диаметра инструментального канала 2,0мм, длиной не менее 1700мм

Приложение 2
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические требования

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр	Значение
Лот №2 - Щетка для очистки инструментального канала с двухсторонним ворсом одноразовая		
1	Для диаметра инструментального канала 2,8мм, длиной не менее 2200мм	Наличие
2	Длина рабочей части щетки с одной стороны, не менее 30 мм +-2мм	Наличие
3	Длина рабочей части щетки с другой стороны, не менее 20 мм +-2мм	Наличие

Приложение 3
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические требования

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр
Лот №3 - Щетка (ерш) одноразовая клапанная	1.Щетка для очистки клапанов с двухсторонним ворсом
	2.Длина рабочей части щетки с одного конца 20+-2мм, с другого конца щетки 30-36мм

Приложение 4
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические требования

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр	Кол- во, шт.
Лот №4 - Петля овальная с рукояткой с ВЧ-разъемом	1.Для диаметра инструментального канала 2,8 мм, длиной не менее 2200мм	
	Диаметр петли 15 мм	5
	Диаметр петли 20мм	2
	Диаметр петли 30 мм	2

Приложение 5
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Технические требования

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр	Кол-во, шт.
Лот № 5 - Петля гексогональная с рукояткой с ВЧ- разъемом	1.Для диаметра инструментального канала 2,8 мм, длиной не менее 2200мм	Наличие
	2.Диаметр петли 20 мм	Наличие

Приложение 6
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Технические требования

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр	Кол-во, шт.
Лот № 6 - Петля серповидная с рукояткой с ВЧ- разъемом	1.Для диаметра инструментального канала 2,8 мм, длиной не менее 2200мм	Наличие
	2.Диаметр петли 20 мм	Наличие

Приложение 7
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические требования

№ п/п	Наименование	Технические требования
Лот № 7 - Лигатор эндоскопический		
1	Наружный диаметр эндоскопа	8,5-11,5 мм
2	Длина катетера, не менее	1500 мм
3	Катетер для проведения нити	2,2 мм
4	Дистальный колпачок	с 7 предустановленными кольцами
5	Коннектор для ирригации	Наличие
6	Катушка для сбора колец	Наличие

Приложение 8
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические требования

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр
Лот № 8 - Устройство для наложения лигатур (лигатурная петля)	1. Для диаметра инструментального канала 2,8 мм, длиной не менее 2200мм
	2. Ширина раскрытия 20мм – 10 шт. Ширина раскрытия 30 мм – 10 шт.

Приложение 9
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические требования

№ п/п	Наименование технических характеристик, параметр
Лот № 9 - Многоразовые щипцы для биопсии	Для диаметра инструментального канала 2,8 мм, длиной не менее 1600мм

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

согласно аукционным документам организатора.