ООО «Евромедтех»
УНП 193174240
220118, ул. Шишкина, 20/1, пом. 4Н (каб. 17)
тел./факс: +375 17 392-77-16
www.sonoscape.by
e-mail: info@sonoscape.by

АКТ № 7281968647/161026
о проведении диагностики оборудования

«16» октября 2026г.

Заказчик: *ГУЗ «Минский областной клинический госпиталь ИВОВ им. П.М. Машерова»*
Тип оборудования, модель: *система видеоэндоскопическая с принадлежностями: видеогастроскоп EG-500 к системе видеоэндоскопической HD-500.*
Серийный номер: *7281968647*
Дата окончания гарантии: *10.01.2027*

1. Заявленные неисправности: *диагностика.*
2. Неисправности по факту диагностики:

2.1. механическое повреждение резинки изгибаемой части-негерметичность;
2.2. механическое повреждение универсального кабеля (сдавливание);
2.3. следы влаги под колпачком LSR;
2.4. износ клеевого соединения сопла;
2.5. механическое повреждение линзы камеры (скол);
2.6. механическое повреждение клеевого соединения линзы камеры;
2.7. механическое повреждение крышки дистального конца;
2.8. загрязнение дополнительного канала.

3. Перечень работ и запасных частей необходимых для устранения неисправностей: *Ремонтные работы 4-го уровня. Перечень запасных частей: замена дистального конца в сборе, включая замену платы коннектора, резинка изгибаемой части,*

Рекомендация: *замена универсального кабеля, включая плату коннектора.*

4. Иные замечания (состояние помещения, внешнее состояние оборудования, наличие заземления, высокое накопления статического напряжения, нестабильность электросети и др.): —.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: нарушение правил эксплуатации.

~~**гарантийный случай**~~	**негарантийный случай**

Фотографии прилагаются.

Исполнитель: _____ /Д.В. Маркевич/
Электронная версия – соответствует оригиналу.

Инженер по мед оборудов-ю _____ /Д.В. Маркевич/
16.10.2026

Фотографии к Акту № 7281968647/161026











