БелМТ №1139/25
лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Блок дефибриллятора-монитора.	шт	1
2.	Электрод грудной (красный, зеленый, черный)	шт	1
3.	Кабель электрокардиографический для снятия ЭКГ	шт	1
4.	Зарядное устройство	шт	1
5.	Аккумуляторная батарея	шт	2
6.	Сетевой блок	шт	1
7.	Блок питания от сети 12-20 В	шт	1
8.	Одноразовые электроды для мониторирования	шт	50
9.	Сумка для переноски	шт	1
10.	Термобумага с сеткой	рулон	2

2. Технические требования:

N	**Наименование параметра**	**Наличие или величина параметра**
1	дефибриллятор-монитор	наличие
1.1	Импульсы - несимметричный, бифазный, трапецивидный	наличие
1.2	Учет сопротивления тела пациента (при сопротивлении тела меньше 12 Ом или свыше 300 Ом происходит блокировка импульса)	наличие
1.3	11 уровней энергии импульса воздействия, Дж	Дискретно от 5 до 360 Дж для взрослых. 5-150 Дж для детей
1.4	Время выбора энергии, сек	200 Дж- 6 сек, 360 Дж - 10 сек
1.5	Автоматический сброс энергии на внутреннюю нагрузку через 30 сек	наличие

1.6	Принудительный сброс энергии на внутреннюю нагрузку через 30 сек	наличие
1.7	2 канала приема ЭКГ чувствительность которых 5, 10, 20 мм/мВ	наличие
1.8	Возможность измерения ЧСС в диапозоне 30-300 уд/мин, есть функция тревожного сигнала ЧСС	наличие
1.9	Скорость изменения информации на ЖК-дисплее - 12.5, 25, 50 мм/сек	наличие
1.10	Возможность снятия ЭКГ через электроды дефибрилляции и через электрокардиографический кабель	наличие
1.11	Внешние электроды («утюги») взрослые и встроенные в них детские электроды, многоразовые	наличие
1.12	Время непрерывной работы прибора в режиме мониторирования от сменных аккумуляторных батарей	не менее 6 часов
1.13	Время удержания набранной энергии с индикацией оставшихся секунд	30 сек
1.14	Тестирование процесса выдачи набранной энергии 200 Дж	наличие
1.15	Внешнее зарядное устройство, с возможностью заряда до двух аккумуляторных батарей	наличие
1.16	Встроенный регистратор записи (термопринтер) на бумажный носитель со скоростью 12,5, 25 мм/сек с автоматическим и ручным включением	наличие
1.17	ЖК дисплей	наличие
1.18	Ширина термобумаги	57-58 мм
1.19	Диаметр рулона термобумаги	не более 50 мм
1.20	Возможность нанесения сетки шагом	1 мм
1.21	Отображение дополнительной информации на ЖК дисплее - значения межэлектродного сопротивления пациента и дозы воздействия, измеренные до и при разряде, одного изи каналов ЭКГ, состояние батареи, номер выбранного отведения, границы тревожной сигнализации и текущее значение ЧСС.	наличие
1.22	Комбинированное питание 220 В/50 Гц сменная аккумуляторная батарея, сеть постоянного тока (12-20 В)	наличие
1.23	Масса аппарата: носимая часть не более 6 кг,	соответствие

	зарядное устройство не более 2 кг	
1.24	Габариты: носимая часть не более 380 х 175х270 мм	наличие
1.25	Срок эксплуатации не менее 5 лет	наличие

3. **Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.