УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора
по лечебной работе ГУ «РНПЦ
пульмонологии и фтизиатрии»
_____ Бабченок А.М.

30.09.2026 г.

ЗАДАНИЕ

На закупку реагентов и расходных материалов для ПЦР диагностики

1. Предмет закупки: Диагностические наборы для ПЦР диагностики
2. Код ОКРБ: 21.10.60.600
3. Описание предмета закупки: предназначены для ПЦР диагностики
4. Область применения: клиническая лабораторная диагностика

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

5. Состав, комплектация и применение:

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Количество
1.	Набор реагентов для лабораторных исследований методом ПЦР в реальном времени для выявления генетического материала вируса папилломы человека в биологическом материале пациентов	1. Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 96 исследований. 2. Мультиплексное определение ВПЧ ВКР 14 типов с отдельной дифференцировкой ВПЧ 16, 18, 45. 3. Метод - ПЦР с детекцией в режиме "реального времени". 4. Наличие системы деградации ампликонов (УНГ + дУТФ). 5. Наборы должны быть укомплектованы пробирками или стрипами для проведения ПЦР с детекцией в режиме "реального времени".	1
2.	Набор реагентов для лабораторных исследований методом ПЦР в реальном времени для выявления генетического материала возбудителей урогенитальных инфекций: Mycoplasma genitalium/Chlamydia	1. Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 96 исследований. 2. Мультиплексное определение с дифференцировкой: Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis. 3. Метод - ПЦР с детекцией в режиме "реального времени". 4. Наличие системы деградации ампликонов (УНГ + дУТФ). 5. Наборы должны быть укомплектованы пробирками или стрипами для проведения ПЦР с	2

	trachomatis в биологическом материале пациентов	детекцией в режиме "реального времени".	
3.	Набор реагентов для выделения и амплификации нуклеиновых кислот (ДНК/РНК) из биологического материала	1. Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 96 исследований. 2. Выделение ДНК/РНК из мазков, соскобов, смывов: • метод - магнитная сорбция; • совместимость с ПЦР-наборами (одной фирмы изготовителя).	4

6. Технические требования:

6.1. Предлагаемая тест-система должна быть совместима и адаптирована для исследования на имеющемся в лаборатории амплификаторе «CFX96» (фирма «Bio-Rad», США);

6.2. Амплификационная часть и набор для выделения должны быть от одного производителя. Набор выделения должен быть рекомендован для использования с соответствующей тест-системой;

6.3. Комплект реагентов должен содержать все необходимые компоненты для проведения исследования.

7. Требования, предъявляемые к сроку годности, и (или) объему предоставления гарантий качества товара: срок годности не менее 80% срока годности, установленного производителем, с приложением паспортов качества товара.

8. Наличие на товар регистрационных удостоверений Министерства здравоохранения Республики Беларусь, или разрешение на разовый ввоз товара (при отсутствии регистрационного удостоверения) «Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

9. Требования к документальному подтверждению качества товара сформированы с учетом гарантии качества и правильности получаемых результатов при обследовании пациентов.

10. Поставка товара 30 дней с момента подписания договора.

11. Предельная стоимость: [redacted]

Разработано:

Врач – лаборант
(заведующий) РРЛ А.Ю.Романейко

Старший фельдшер-лаборант Л.Е.Таргонская

Согласовано:
Заместитель директора
по лечебной работе А.М.Бабченок

1720