Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Офтальмологический приборный стол с электроприводом	штука	3 (три)

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. размеры:
2.1.1. ширина - в диапазоне от 300 до 550 мм;
2.1.2. длина – в диапазоне от 600 до 1000 мм;
2.2. высота:
2.2.1. нижний предел – в диапазоне от 600 до 670 мм;
2.2.2. верхний предел - в диапазоне от 670до 950 мм;
2.3. столешница: ЛДСП;
2.4. регулировка высоты: электропривод;
2.5. нагрузка: не менее 55 кг;
2.6. опоры: не менее 4-х колес, Ø колеса не менее 50 мм и не более 85 мм, с тормозом;
2.7. конструкция: разборная.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантийный срок исчисляется с момента ввода оборудования в эксплуатацию и должен быть не менее 12 месяцев.