Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Технические требования:

1.1. Состав оборудования

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Регистратор (пульсоксиметр)	1 шт.
1.2	Датчик для пульсоксиметрии	1 шт.
1.3	Канюля носовая	1 шт.
1.4	Сумка для транспортировки	1 шт.
1.5.	Чехол для мониторирования	1 шт.
1.6	Кабель интерфейсный	1 шт.
1.7	Программное обеспечение (ПО)	1 шт.
1.8	Аккумулятор	1 шт.
1.9	Сетевой адаптер для зарядки регистратора	1 шт.
1.10	Переходник для подключения назальной канюли типа «Luer lock» для регистрации назального потока	10 шт.

1.2. Технические характеристики

2.1	Регистрация потока дыхания	наличие
2.2	Регистрация пульсоксиметрии и частоты пульса	наличие
2.3	Автоматический расчет индексов апноэ/гипопноэ, десатурации	наличие
2.4	Время непрерывной работы с одним комплектом элементов питания - не менее 24-х часов	наличие
2.5	ПО для Windows 11 с функцией записи данных в регистратор, считывания данных из регистратора, визуализации данных мониторирования с расчетом показателей, архивирования результатов исследований:	наличие
2.6	Настраиваемый печатный протокол исследования	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Гарантия на оборудование от даты ввода в эксплуатацию не менее 12 месяцев.

Наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Наличие сертификата соответствия или декларации о соответствии ЕАЭС.

Наличие инструкции пользователя на русском языке.

Инсталляция оборудования и обучение медперсонала на месте.

Врач функциональной диагностики
(заведующий) Громыко О.В.

Согласовано:
Начальник технической службы С.А.Деруго