Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот№ 186 Реагенты для гематологических анализаторов МЕК - 6510К производства «Nihon kohden» (Япония)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	HEMOLINAC 3N	л	97
2	CLENAK 3	л	47
3	CLENAK	л	245
4	Изотонический раствор	л	7020

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства **«Nihon kohden» (Япония) - МЕК - 6510К;**

2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой анализатора (ввод путем считывания/ввода штрих-кода)

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 187 Реагенты для гематологических анализаторов МЕК - 7300 К производства «Nihon kohden» (Япония)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Дилюент Isotonic-3	л	18960
2	Cleanac	л	710
3	Cleanic-3	л	328

4	Реагенты гемолизирующие: Hemolynac-3N	л	233
5	Реагенты гемолизирующие: Hemolynac-5	л	215

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства **«Nihon kohden» (Япония) - МЕК – 7300 К;**
2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой анализатора (ввод путем считывания/ввода штрих-кода)
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.