Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1 «Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса Ig G к цитомегаловирусу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Тест-система для определения индекса авидности антител класса Ig G к цитомегаловирусу	набор	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Метод твердофазного иммуноферментного анализа.

2.2. Стриповые наборы, планшет 12х8=96 лунок, с возможностью дробного использования компонентов набора.

2.3. Реагенты жидкие, срок годности компонентов набора после вскрытия не менее 3 месяцев.

Лот №2 «Тест-система иммуноферментная для определения индекса авидности антител класса Ig G к Toxoplasma gondii»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Тест-система для определения индекса авидности антител класса Ig G к Toxoplasma gondii	набор	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Метод твердофазного иммуноферментного анализа.

2.2. Стриповые наборы, планшет 12х8=96 лунок, с возможностью дробного использования компонентов набора.

2.3. Реагенты жидкие, срок годности компонентов набора после вскрытия не менее 3 месяцев.

Заведующий ЦДЛ Е.И. Маник