Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п\п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Рабочий элемент резектоскопа гибридный (монополярный, биполярный), пассивный	шт.	3
2	Тубус резектоскопа	шт.	2
3	Оптика 4мм 12град	шт.	2
4	Электрод-петля	шт.	36
5	Кабель монополярный к резектоскопу	шт.	4
6	Кабель биполярный к пинцету	шт.	5
7	Кабель биполярный к пинцету	шт.	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1	**Рабочий элемент резектоскопа гибридный (монополярный, биполярный), пассивный***
2.1.1	Элемент рабочий пассивный с рукояткой и креплением для электрода, который в нерабочей позиции находится внутри тубуса, опора большого пальца подвижна. Совместимость с тубусом резектоскопа 26/24Шр.
2.1.2	Монополярный/биполярный
2.1.3	Автоклавируемый
2.2	**Тубус резектоскопа***
2.2.1	Диаметр наружного тубуса- не более 26 Шр.;
2.2.2	Диаметр внутреннего тубуса - не более 24 Шр.;
2.2.3	Стандартный обтуратор в комплекте

2.2.4	Инструмент в сборе, обеспечивает постоянное орошение оперируемой полости (аспирации и ирригации, используется с трубкой оптической диаметром 4 мм)
2.3	**Оптика 4мм 12град***
2.3.1	Диаметр не менее 3мм и не более 4мм
2.3.2	Угол зрения 12 град
2.3.3	Автоклавируемая
2.4	**Электрод-петля***
2.4.1	Возможность использования как с монополярным, так и с биполярным резектоскопом
2.4.2	Совместимость с предлагаемым рабочим элементом резектоскопа
2.4.3	Возможность автоклавирования
2.4.4	Рабочая часть в форме режущей петли из тонкой проволоки, изогнутой на 30°
2.5	**Кабель монополярный к резектоскопу***
2.5.1	Штекер аппаратная часть ERBE 5 мм
2.5.2	Совместимость с предлагаемым рабочим элементом
2.6	**Кабель биполярный к пинцету***
2.6.1	Штекер аппаратная часть 29мм, двухполюсная вилка 4 мм, подключение к пинцетам «евростандарт»
2.7	**Кабель биполярный к пинцету***
2.7.1	Штекер аппаратная часть два плоских контакта (Фотек), подключение к пинцетам «евростандарт»

* Все предлагаемые инструменты, расходные материалы должны быть совместимы с электрохирургическим аппаратом **EMED ES-350**

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.