БелМТ №946/26

Приложение №1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

Машина моечно-дезинфекционная (для уток и суден)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Коли-чество
1.1.	Машина моечно-дезинфекционная (для уток и суден)	Шт.	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

№ п/п	Требуемые показатели (характеристики)	Примечание
2.1	Программные режимы для быстрой, стандартной и быстрой очистки	наличие
2.2	Гидравлическое давление	от 100 до 500 кПа
2.3	Расход воды	От 15 до 18 литров в минуту
2.4	Уровень шума	Не более 50 Дб
2.5	Паровая термическая обработка	наличие
2.6	Мощность	Не более 4.6 кВт
2.7	Габаритные размеры шкафа (ширина/глубина/высота)	Не более 500±5/450±5/1730±5 мм
2.8	Размеры камеры (ширина/глубина/высота)	450±5/420±5/540±5 мм
2.9	Локтевая кнопка	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.