Операционный блок

Начальнику отдела МТС
Ковшик Т.Б.

Технические требования одноразового белья

Наименование	Описание
Халат хирургический с дополнительной защитой стерильный.	1. Длина халата от 140 см, плотность не менее 57 г/м^2 2. Рукав на манжете, эластичные трикотажные манжеты 7,5 см ±0,5 см 3. Структура ткани халата должна быть их нетканого материала как минимум четырехслойная: наружный-влагоотталкивающий слой, не разволакивающийся при носке, два средних слоя – контролировать проникновение пара, влаги и обеспечивать бактериальный барьер, внутренний слой – укрепленный. Должен быть устойчивым к проникновению жидкостей. 4. Передняя поверхность и рукава - ламинированные 5. Поверхность материала изделия не должна скатываться и образовывать ворс 6. Должен обладать прочностью на разрыв в сухом и влажном состоянии. 7. Должен поставляться в индивидуальной упаковке по 1 шт. 8. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку годности (годности, стерильности): срок стерильности не менее 12 месяцев
Комплект хирургический стерильный в двойной упаковке (тур) в составе:	1. Простыня операционная 200х280 см ±5 см с отверстиями, сборным карманом, встроенным чехлом для пальца, встроенными покрытиями для ног, операционной пленкой и адгезивным краем: - стерильная, плотн. 54 г/м^2 – 1 шт.; - простыня имеет Т-образную конструкцию с расширенной нижней

	частью со стороны ног (встроенные бахилы), - простыня имеет две области оперативного вмешательства: два отверстия диаметром 5см ± 1 см в области половых органов и одно отверстие диаметром 10 см ± 1 см см в надлобковой зоне со встроенной отклеиваемой пленкой, - по краю области оперативного вмешательства в простыню встроен полиэтиленовый карман с жестким каркасом по верхнему краю, изготовленный из полиэтилена. Карман имеет встроенный фильтр для крупных обрывков тканей и тромбов и трубку клапан для отведения жидкости, не менее 40 см - простыня имеет дополнительное отверстие между полиэтиленовым карманом и отверстием в области половых органов со встроенным чехлом для пальца, изготовленным без латекса, для интраоперационного ректального контроля. 2. Простыня впитывающая 140х150 см ±10 см , стерильная – 1 шт. 3. Халат хирургический с дополнительной защитой стерильный. 3.1. Длина халата от 140 см, плотность не менее 57 г/м^2 3.2. Рукав на манжете, эластичные трикотажные манжеты 7,5 см ±0,5 см 3.3. Структура ткани халата должна быть их нетканого материала как минимум четырехслойная: наружный- влагоотталкивающий слой, неразволакивающийся при носке, два средних слоя – контролировать проникновение пара, влаги и обеспечивать бактериальный барьер, внутренний слой – укрепленный. Должен быть

	устойчивым к проникновению жидкостей. 3.4. Поверхность материала изделия не должна скатываться и образовывать ворс. 3.5. Должен обладать прочностью на разрыв в сухом и влажном состоянии. 4. Простыня-мешок(чехол) 200×17 ±5 см для покрытия хирургической оптики – 1 штука. 4.1. Плотность ткани не менее 30 г/м^2 («СМС», спанбонд). 5. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку годности (годности, стерильности): срок стерильности не менее 12 месяцев
Комплект хирургический стерильный в составе:	1.Простыня-мешок на инструментальный столик Мэйо 150х90 см непромокаемый с одной стороны впитывающий – 1 шт; 2. Простыня 215х165 см с липким слоем, пл.74 г/м^2 – 2шт; 3. Простыня 105х85 см, пл.35 г/м^2 – 2 шт; 4. Простыня 215х165 см, пл.35 г/м^2 – 1 шт; 5. Простыня 105х85 см с липким слоем, пл.74 г/м^2 -2 шт; 6. Простыня-мешок ламинированный (карман) 30х40 см с адгезивным краем – 1 шт 7. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку годности (годности, стерильности): срок стерильности не менее 12 месяцев

Медицинская сестра операционная (старшая) _____ Т.В.Мурина

Врач - торакальный хирург (заведующий) _____ Д.И.Горенок