ООО «ОКСФОРД СЕРВИС»
220035, г. Минск, ул.Тимирязева, 65, пом.215
р/с BY06BPSB30121816100169330000 в ДО №777 ОАО"БПС-Сбербанк", г.Минск, б-р им.Мулявина, 6 БИК BPSBBY2X
379344655000, УНП 191307894,
тел. +375 29 500 20 12 ,+375 44 712 20 12

Акт

технического заключения (отчет)
о работоспособности медицинской техники
№ 091026-01

09.10.2026г.

ООО "Оксфорд сервис" произведен осмотр

№ п/п	Наименование оборудования	Год выпуска	Заводской номер (s/n)	Количество, шт	Заключение
1	Монитор фетальный СМАРТ Ф9	-	-	1	По результатам технического осмотра установлена неисправность УЗ датчика.Ремонтопригоден.

Директор А.А.Шевцов

Начальник ТС
Ассуро ст