Общество с ограниченной ответственностью

«АриМедСервис»

Республика Беларусь, 220033, г. Минск,
ул. Тростенецкая,5, каб. 101
Тел/ф. (017)3961470, (029)6766637, (029)6149411
e-mail: arimed.office@gmail.com, www.arimed.by

УНП 691534546, ОКПО 301939666000
Р/с BY 92 ALFA 3012 2789 7300 1027 0000
БИК ALFABY2X, ЗАО «Альфа-Банк»,
г. Минск, ул. Сурганова 43-47

АКТ
Обследования

г. Минск

«23» сентября 2026 г.

ООО «Аримедсервис» произвело диагностику медицинского оборудования в лечебном учреждении:

Государственное учреждение «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами Президента Республики Беларусь
(Наименование учреждения-собственника оборудования)

В результате проведенной диагностики установлено:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Медицинскому оборудованию перечисленного в таблице ниже требуется:

№ П/П	Наименование Оборудования, Зав. №	Требуемые работы, запасные части, материалы и комплектующие для ремонта
1	Установка моющая ультразвуковая STE-01 принадлежностями/ модель RTA1800, учетный номер: зав. №, инв. № 01377201, год ввода в эксплуатацию: 2018	Требуется ремонт с заменой шланга для пистолета 2 шт. Пистолет для воды и воздуха 2 шт.
2	Установка моющая ультразвуковая STE-01 с принадлежностями/ модель RTA2700, учетный номер: зав. №, инв. № 01376615, год ввода в эксплуатацию: 2018	Требуется ремонт с заменой шланга для пистолета 2 шт. Пистолет для воды и воздуха с насадками 1 шт.
3	Установка моющая ультразвуковая STE-01 с принадлежностями/ модель RTA2700, учетный номер: зав. №, инв. № 01376616, год ввода в эксплуатацию: 2018	Требуется ремонт с заменой шланга для пистолета 2 шт. Пистолет для воды и воздуха с насадками 1 шт. Пистолет для воды и воздуха 1 шт.

Инженер ООО «АриМедСервис» Глазунов Е.В.

Инженер по МО В.А. Сивчик