Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Офтальмоскоп электрический

1. Состав оборудования из расчета на один комплект:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Офтальмоскоп	Шт.	1

2. Технические требования

№ п/п	Параметр	Описание
1.	Линзы	от -20 до +20
2.	Диафрагма	Круг (большой, малый), щель
3.	Фильтры	Синий (кобальтовый), зеленый («бескрасный»)
4.	Зарядное устройство	Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

МТ №798/26

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Офтальмоскоп зеркальный

1. Состав (комплектация) оборудования (из расчета на один комплект):

№ п/п	Наименование	Количество
1.1	Офтальмоскоп с плоским зеркалом, шт.	1
1.2	Офтальмоскоп с вогнутым зеркалом, шт.	1
1.3	Лупа 13 дптр, шт.	1
1.4	Лупа 20 дптр, шт.	1
1.5	Диафрагма щелевая 5*40мм, шт.	1
1.6	Футляр, шт.	1

2.Технические требования:

2.1 Фокусное расстояние вогнутого зеркала, мм: 175±10.
2.2 Световой диаметр зеркал, мм: не менее 42,5.
2.3 Диаметр отверстия в зеркалах офтальмоскопов, мм: 3-4.
2.4 Оптическая сила двух луп должна быть 13 дптр и 20 дптр (увеличение 3,25 крат и 5 крат).
2.5 Световой диаметр луп, мм: не менее 30.
2.6 Диаметр насадочного линзодержателя, мм: 38.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.