Приложение №1
Электрод монополярный
петлевой

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Электрод монополярный петлевой

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№ 1	Электрод монополярный петлевой	шт.	3

2.Технические требования:

2.1. Диаметр 4-6 мм.
2.2. Проволочный.
2.3. Длинна 30- 90мм.
2.4. Совместим с ручкой электрода 4 мм .
2.5. Многоразового использования.
2.6. Автоклавируемый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Электрод монополярный петлевой

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№ 2	Электрод монополярный петлевой	шт.	6

2.Технические требования:

2.1. Диаметр 4-6 мм.
2.2. Проволочный.
2.3. Длинна 90-150 мм.
2.4. Совместим с ручкой электрода 4 мм.
2.5. Многоразового использования.
2.6. Автоклавируемый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Электрод монополярный петлевой

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№3	Электрод монополярный петлевой	шт.	3

2.Технические требования:

2.1. Диаметр 9-11 мм.

2.2. Проволочный.

2.3. Длинна 90-150мм.

2.4. Совместим с ручкой электрода 4 мм.

2.5. Многоразового использования.

2.6. Автоклавируемый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.