...тое акционерное общество "Искамедтех"
...70, Беларусь, Минск,
... Кошевого, 10-1Н
...ел.: 8(017) 399-10-99
факс.: 8(017) 377-93-84
моб.: 8(029) 665-06-06
эл.почта: info@imt.by

ИскаМедТех

Joint Stock Company "Iskamedtech"
10-1N, Koshevoy, Minsk,
Belarus, 220070,
phone: +375 17 399-10-99
fax: +375 17 377-93-84
mob.: +375 29 665-06-06
e-mail: info@imt.by

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

«25» 02 2026 г.

Учреждение Минский городской клинический онко. центр

Оборудование: Блок питания (Air, O_2, Vac)
(полное наименование, тип, марка)

Заводской (серийный) номер изделия: б/н (8 этаж)

Инвентарный номер б/н

1. Неисправность изделия выразилась:
Сломан датчик давления воздуха
(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

2. В изделии следует заменить (отремонтировать) следующее:
Заменить датчик давления воздуха

ИСКАМЕДТЕХ ИСКАМЕДТЕХ Антоненко К.С.

ИНЖЕНЕР ПО ПРИБОРАМ И ОБОРУДОВАНИЮ АНДРЕЙЧИК К.И.