Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Лот №359 Контрольные материалы для биохимического анализатора «BS-240Pro», Mindray

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, нормальный уровень	мл	630
2	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, патологический уровень	мл	630
3	Тройной контроль ASO/CRP/RF, нормальный уровень	мл	123
4	Тройной контроль ASO/CRP/RF, патологический уровень	мл	123
5	Контроль микроальбумина	мл	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование	Показатели (характеристики)
2.1	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, нормальный уровень	1. Аттестован по аналитам: АСТ, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, ЛДГ, мочевина, мочевая кислота, креатинкиназа, глюкоза, α-амилаза, магний, фосфор, кальций, железо, щелочная фосфатаза, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, СРБ, креатинин, креатинкиназа-МВ, альбумин, ГГТП, триглицериды, калий, натрий, хлориды, АСО, ферритин (допустимо наличие и других аналитов).
2.2	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, патологический уровень	1. Аттестован по аналитам: АСТ, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, ЛДГ, мочевина, мочевая кислота, креатинкиназа, глюкоза, α-амилаза, магний, фосфор, кальций, железо, щелочная фосфатаза, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, СРБ, креатинин, креатинкиназа-МВ, альбумин, ГГТП, триглицериды, калий, натрий, хлориды, АСО, ферритин (допустимо наличие и других аналитов).
2.3	Тройной контроль ASO/CRP/RF, нормальный уровень	1.Аттестован по аналитам: ASO/CRP/RF.
2.4	Тройной контроль ASO/CRP/RF, патологический уровень	1.Аттестован по аналитам: ASO/CRP/RF.
2.5	Контроль микроальбумина	1. Аттестован по микроальбумину.

2.6 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической биохимической системы производства **MINDRAY Китай - серии "BS"- модель "BS-240Pro".**

2.7 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.8 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.9 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.