МТ №911/26

Приложение 1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок медицинских

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Маска медицинская II тип	штука	5 779 250

2. Показатели (характеристики):

2.1 Маска предназначена для использования медицинским персоналом в медицинских помещениях общего профиля;

2.2 Эффективность бактериальной фильтрации - не менее 98%;

2.3 * Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) - не более 29,4 Па/см^2;

2.4 Микробиологическая чистота (бионагрузка) - не более 30 КОЕ/г;

2.5 Маска изготавливается из нетканого материала, не менее трех слоев;

2.6 Поверхностная плотность всех слоев маски - не менее 50г/м^2;

2.7 Наличие фильтрующего слоя;

2.8 Маски должны иметь средства фиксации - завязки или эластичные петли;

2.9 В верхней части маски должен быть расположен носовой фиксатор для обеспечения плотного прилегания маски к лицу в области переносицы.

Примечание: предложение, не соответствующее пунктам технических требований отмеченных «*» (звездочкой), подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам

МТ №911/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок медицинских

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Маска медицинская I тип	штука	35 000

2.Технические требования:

2.1. Маска предназначена для пациентов и населения для снижения риска распространения инфекции (не для использования медицинским персоналом);

2.2. Эффективность бактериальной фильтрации - не менее 95%;

2.3. Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) – не более 29,4 Па/см^2;

2.4. Микробиологическая чистота (бионагрузка) – не более 30 КОЕ/г;

2.5. Маска изготавливается из нетканого материала (не менее трех слоев). Три слоя маски должны состоять из различных нетканых материалов: сочетания однослойного и трехслойного, либо двухслойного и трехслойного, за исключением масок, изготовленных из трехслойного нетканого материала (например: спанбонд/мельтблаун/спанбонд)

2.6. Поверхностная плотность всех слоев маски - не менее 50г/м^2;

2.7. Внутренний слой маски – материал, предназначенный для поглощения влаги, выделяемой пользователем;

2.8. Наружный слой маски – водостойкий материал, предназначенный для изоляции жидкости, выделяемой пациентом или пользователем;

2.9. Конструкция масок предполагает наличие на уровне носа и рта двух (глубиной не более 22 мм) или трех (глубиной не более 14 мм) горизонтальных застроченных складок;

2.10. Маски должны иметь средства фиксации – завязки или эластичные петли;

2.11. В верхней части маски должен быть расположен носовой фиксатор для обеспечения плотного прилегания маски к лицу в области переносицы.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам

МТ №911/26

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок медицинских

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Маска медицинская II тип	штука	642 150

2. Показатели (характеристики):

2.10 Маска предназначена для использования медицинским персоналом в медицинских помещениях общего профиля;

2.11 Эффективность бактериальной фильтрации - не менее 98%;

2.12 * Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) - не более 29,4 Па/см^2;

2.13 Микробиологическая чистота (бионагрузка) - не более 30 КОЕ/г;

2.14 Маска изготавливается из нетканого материала, не менее трех слоев;

2.15 Поверхностная плотность всех слоев маски - не менее 50г/м^2;

2.16 Наличие фильтрующего слоя;

2.17 Маски должны иметь средства фиксации - завязки или эластичные петли;

2.18 В верхней части маски должен быть расположен носовой фиксатор для обеспечения плотного прилегания маски к лицу в области переносицы.

Примечание: предложение, не соответствующее пунктам технических требований отмеченных «*» (звездочкой), подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам

МТ №911/26

лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок медицинских

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Маска медицинская I тип	штука	3 900

2.Технические требования:

2.1. Маска предназначена для пациентов и населения для снижения риска распространения инфекции (не для использования медицинским персоналом);

2.2. Эффективность бактериальной фильтрации - не менее 95%;

2.3. Воздухопроницаемость (дифференциальное давление) – не более 29,4 Па/см^2;

2.4. Микробиологическая чистота (бионагрузка) – не более 30 КОЕ/г;

2.5. Маска изготавливается из нетканого материала (не менее трех слоев). Три слоя маски должны состоять из различных нетканых материалов: сочетания однослойного и трехслойного, либо двухслойного и трехслойного, за исключением масок, изготовленных из трехслойного нетканого материала (например: спанбонд/мельтблаун/спанбонд)

2.6. Поверхностная плотность всех слоев маски - не менее 50г/м^2;

2.7. Внутренний слой маски – материал, предназначенный для поглощения влаги, выделяемой пользователем;

2.8. Наружный слой маски – водостойкий материал, предназначенный для изоляции жидкости, выделяемой пациентом или пользователем;

2.9. Конструкция масок предполагает наличие на уровне носа и рта двух (глубиной не более 22 мм) или трех (глубиной не более 14 мм) горизонтальных застроченных складок;

2.10. Маски должны иметь средства фиксации – завязки или эластичные петли;

2.11. В верхней части маски должен быть расположен носовой фиксатор для обеспечения плотного прилегания маски к лицу в области переносицы.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам