Приложение 1
к объединенной заявке
на закупку медицинских изделий

ОПИСАНИЕ
потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
Сетчатые импланты для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	*Состав*	*Количество*
ЛОТ №1 Сетка композиционная монофиламентная нерассасывающаяся стерильная	1.1. размер 5-6см х 10-11см	180 штук
	1.2. размер 8см (+/- 5%) х 12-15см	330 штук
	1.3. размер 15см (+/- 5%) х 15см (+/- 5%)	816 штук
	1.4. размер 15см (+/- 5%) х 20см (+/- 10%)	144 штук
	1.5. размер 30см (+/- 10%) х 30см (+/- 10%)	354 штук
ЛОТ №2 Сетка композиционная монофиламентная (частично рассасывающаяся) стерильная	1.1. размер 5-6см х 10-11см	36 штук
	1.2. размер 8см (+/- 5%) х 12-15см	10 штук
	1.3. размер 15см (+/- 5%) х 15см (+/- 5%)	5 штук
	1.4. размер 15см (+/- 5%) х 20см (+/- 10%)	5 штук
	1.5. размер 30см (+/- 10%) х 30см (+/- 10%)	60 штук

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно пункту 4 статьи 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

ЛОТ №1 **Сетка композиционная монофиламентная нерассасывающаяся стерильная**
2.1. Сетчатый имплант должен быть стерильный 2.2. Должен быть нерассасывающимся 2.3. Должен быть сплетен из волокон нерассасывающегося монофиламентоного изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена (идентичного по составу нерассасывающемуся хирургическому шовному материалу полипропилен) 2.4. Толщина волокон сетчатого импланта должна составлять 0,12-0,15 мм, толщина импланта – 0,4-0,5мм. 2.5. Наличие у волокон (полипропилена) сетчатого импланта свойства «контролируемого линейного растяжения» (*данное свойство необходимо для обеспечения эластичности сетчатого импланта в тканях в обоих направлениях, что позволяет приспособить его к различным напряжениям возникающим в организме*). 2.6. Доказанная клинически биосовместимость волокон сетчатого импланта (полипропилена) с тканями организма. 2.7. Прочность на разрыв должна быть не менее 7,44 кг/см^2, достаточная для того, чтобы обеспечить целостность брюшной стенки в послеоперационный период и противостоять внутрибрюшному давлению. 2.8. Пористость – 80% (+/-1%), что способствует прорастанию фиброзной ткани без образования ригидного рубца. 2.9. Ограниченная растяжимость импланта, что обеспечивает стабильность брюшной стенки и объёма брюшной полости. Продольное удлинение на разрыв – 135%, поперечное – 125%; 2.10. Поверхностная плотность – 50-90 г/м^2.
ЛОТ №2 **Сетка композиционная монофиламентная (частично рассасывающаяся) стерильная**
2.1. Сетчатый имплант должен быть стерильный. 2.2. Должен быть частично рассасывающийся. 2.3. Должен состоять из мононитей на основе полипропилена (нерассасывающихся, синтетических) и мононитей на основе полигликолида-со-ε-капролактона (рассасывающихся, синтетических), в дальнейшем подвергаться метаболизму организма.

2.4. Начальная плотность сетки: 85-90 г/м²
2.5. Диаметр пор: 2,0±0,3 мм
2.6. Толщина: 500±50 μм
2.7. Содержание полипропилена: 30г/м²
2.8. Через 110 дней после имплантации - в результате полного рассасывания полигликолида и капролактона - должен остаться имплант с низкой плотностью - 30 г/м²

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) согласно документам организатора.