МТ №949/26

Приложение 1

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) бахил одноразовых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Бахилы одноразовые	пара	3 780 000
	Итого по лоту	**пара**	**3 780 000**

2. Показатели (характеристики):

2.1. Бахилы должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;

2.2. Наличие фиксирующей резинки;

2.3. Длина следа не менее 35см;

2.4. Высота не менее 10см;

2.5. Поверхностная плотность нетканого материала должна быть не менее 35 г/м^2;

2.6. Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам

МТ №949/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) шапочек-шарлотта

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Шапочки-шарлотта (берет)	штука	4 195 500
	Итого по лоту	**штука**	**4 195 500**

2. Показатели (характеристики):

2.1 Шапочки должны быть изготовлены из нетканых материалов, разрешенных к применению в медицине;

2.2 Шапочки должны быть с фиксирующей резинкой по краю;

2.3 Поверхностная плотность нетканого материала должна быть от 15 до 25г/м^2;

2.4 Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам