Приложение к заявке № 666 от

Технические характеристики (описание) предмета закупки: Реагенты для автоматического биохимического анализатора серии BA400 производства BioSystems S.A.

№ п/п	Наименование, подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к товарам при необходимости	Кол-во закупаемых товаров, исследований
Лот 1. Реагенты для автоматического биохимического анализатора серии BA400 производства BioSystems S.A.			
1.1	Набор реагентов для определения общего белка	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест	4 000 исследований
1.2	Набор реагентов для определения альбумина	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест	2 000 исследований
1.3	Набор реагентов для определения мочевины	1. принцип метода – УФ кинетический	4 000 исследований
1.4	Набор реагентов для определения мочевой кислоты	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест	4 000 исследований
1.5	Набор реагентов для определения креатинина в крови и моче	1. принцип метода – дифференцировка	6 000 исследований
1.6	Набор реагентов для определения концентрации микроальбумина	1. принцип метода – иммунотурбидимет-рия	1 000 исследований
1.7	Набор реагентов для определения активности АСАТ	1. принцип метода – УФ кинетическое определение	4 000 исследований
1.8	Набор реагентов для определения активности АЛАТ	1. принцип метода – УФ кинетическое определение	4 000 исследований
1.9	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы общей	1. принцип метода – УФ кинетическое определение	500 исследований
1.10	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ	1. принцип метода – иммуноингибирование	500 исследований
1.11	Набор реагентов для определения активности ЛДГ (лактат)	1. принцип метода – УФ кинетическое определение; лактат	500 исследований
1.12	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы	1. принцип метода – кинетика (AMP)	1 000 исследований
1.13	Набор реагентов для определения активности амилазы в сыворотке и моче	1. принцип метода – кинетическое колориметрическое определение ($CNPG_3$)	500 исследований
1.14	Набор реагентов для определения билирубина общего	1.принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод	4 000 исследований

1.15	Набор реагентов для определения билирубина прямого	1.принцип метода – конечная точка, диазосульфаниловый метод		1 000 исследований
1.16	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке и моче	1. принцип метода – конечная точка, кальмагит		500 исследований
1.17	Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия		5 000 исследований
1.18	Набор реагентов для определения холестерина общего	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест		4 000 исследований
1.19	Набор реагентов для определения концентрации HDL холестерина	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест		2 000 исследований
1.20	Набор реагентов для определения концентрации LDL холестерина	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест		4 000 исследований
1.21	Набор реагентов для определения триглицеридов	1. принцип метода – колориметрический фотометрический тест		2 000 исследований
1.22	Набор реагентов для определения глюкозы гексокиназным методом в сыворотке, плазме, моче, ЦСЖ	1. принцип метода – ферментативный УФ тест (гексокиназный метод)		4 000 исследований
1.23	Набор реагентов для определения фосфора	1. принцип метода – фотометрический УФ тест (молибдат)		500 исследований
1.24	Набор реагентов для определения концентрации железа (феррозин)	1. принцип метода – конечная точка, феррозин		1 000 исследований
1.25	Набор реагентов для определения концентрации ферритина	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия		2 000 исследований
1.26	Набор реагентов для определения концентрации антистрептолизина -О	1. принцип метода – иммунотурбидиметрия		1 000 исследований
1.27	Кассета с реагентами для электролитного блока	Количество	2 уп	
1.28	Набор моющего раствора для электролитного блока		1 уп.	
1.29	Концентрат промывочного раствора	мл.	500 мл	

Дополнительные требования:

1.Реагенты должны иметь срок годности не менее 60 % от срока годности, установленного производителем;

2. Реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором биохимическим автоматическим «закрытого типа» серии BA 400 производства BioSystems S.A., Испания (п.5 глава 3 Приказа МЗ РБ от 18.02.2014 №145)

3.Реагент должен иметь индивидуальную штрих-кодировку по инструкции программного обеспечения считывания штрих-кодов анализатора серии BA 400 производства BioSystems S.A., Испания.

Врач клинической лабораторной диагностики И.В. Анташкевич