Приложение2
к заявке на закупку
медицинских изделий

ЛОТ 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

2. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Коли-чество
1	Низкотемпературный медицинский морозильник (вертикальный) От –20 °С до –40 °С	шт.	7

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1 Низкотемпературный медицинский морозильник (далее – морозильник) предназначен для длительного хранения компонентов крови, лекарственных средств и изделий медицинского назначения из донорской крови при стабильных условиях -20… -40°С.

2.2 *Номинальный полезный объем: не менее 250 л.

2.3 Диапазон рабочих температур: От –20 °С до –40 °С (регулируемый).

2.4 Температура по умолчанию: –40 °С.

2.5 Точность поддержания температуры: ±1 °С (или не хуже заявленной производителем).

2.6 Тип охлаждения: прямое охлаждение.

2.7 Наличие колесных (роликовых) опор, две из которых с возможностью фиксации.

2.8 Количество полок: не менее 4 шт. с ящиками.

2.9 Применяемые в морозильнике компрессоры должны быть оборудованы защитой от перепадов напряжения.

2.10 Материал корпуса: сталь, окрашенная краской, допускающая обработку дезинфицирующими средствами, зарегистрированными в Республике Беларусь.

2.11 Наличие встроенной сигнализации: звуковая и визуальная (превышение температуры, открытая дверь, неисправность).

2.12 Уровень шума не более 60 дБ.

2.13 Электропитание: 220–240 В, 50-60 Гц

2.14 Дверь с уплотнителем и замком.

2.15 *Ширина не более 805 мм.

**требование является обязательным*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РБ;

3.2. Наличие паспорта, руководства по эксплуатации на русском языке;

3.3. Поставляемые товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);

3.4. Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев.

Разработчики:

Врач-трансфузиолог (заведующий отделением)_____Е.Т. Харитонюк

Врач-трансфузиолог _____О.В. Соколюк

Согласовано:

Главный врач ГУ «Брестская областная станция переливания крови» _____М.В. Осоприлко

врач-трансфузиолог Е.В. Сивобрюхова