БелМТ №950/26

лот 1

Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Комплект закрытых источников ионизирующего излучения на основе радиоизотопа Ge-68

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Источник Ge-68 типа ПГЛ.2 или аналог.	шт.	1
1.2	Источник Ge-68 типа ПГЛ.1 или аналог.	шт.	2

2. **Показатели (характеристики)** предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Источник гамма излучения закрытый типа ПГЛ.2 или аналог:
Радиоизотоп: Германий-68 (Ge-68). Габаритные размеры источника: диаметр – от 205 мм до 220 мм, высота – от 290 мм до 330 мм. Размеры активной зоны: диаметр – 200 мм, высота – 270 мм. Активность радиоизотопа: от 2,2 мКи до 3,0 мКи.

2.2. Источник гамма излучения закрытый типа ПГЛ.1 или аналог:
Радиоизотоп: Германий-68 (Ge-68). Габаритные размеры источника: диаметр – от 2 мм до 3,5 мм, длина – от 180 мм до 200 мм. Активность радиоизотопа: от 1,1 мКи до 1,5 мКи.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документом организатора.