ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Лот № 1	
Наименование товаров (работ, услуг)	ХОЛОДИЛЬНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ-1 ШТ.
Код ОКРБ 007-2012	28.25.13.900
Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012	Оборудование холодильное или морозильно прочее, не включенное в другие группировки
Описание товаров (работ, услуг), а также (при необходимости) перечень документов и (или) сведений, подтверждающих соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки	**Объем, л: 400** Температурный режим, С°: +2…+15 Точность поддержания температуры: ±2 °С Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч: 1,39 Мощность, кВт: 0,2 Напряжение, В: 220 Габаритные размеры, мм,: 600х610х1950 Потребление энергии: 1,39 кВт/ч Уровень шума, не более: 55 дБа Микропроцессорный регулятор температуры с сверхчувствительным датчиком температуры. Система принудительной циркуляции воздуха. Автоматическое поддержание температуры камере. Отображение температуры на табло панел управления. Автоматическая система оттаивания Хладагент: R600a Сигнализация при отклонении температуры с заданной Отключение вентилятора при открывании двери. Пластиковые контейнеры для фарм.препаратов. стеклянная дверь с замком; дополнительные прозрачные дверки полок;

Врач клинической лабораторной диагностики И.В. Анташкевич