Приложение 1

Технические характеристики (описание)
Посуда лабораторная из пластмассы
для организаций здравоохранения Гомельской области (часть 2)

1. *Состав (комплектация) ИМН:*

№ лота	*Наименование*	*Размер / состав*	*Количество*
1.	Планшет для ИФА из **полистирола** с плоскодонными лунками с крышкой	на 96 лунок	650 штук
2.	Планшет для определения групп крови из **полистирола**	на 10 лунок	13 650 штук
3.	Штатив для пробирок тип Фалькон объемом 50 мл, на 20-24 пробирок	диаметр ячейки 28-32 мм	273 штук
4.	СОЭ-метр (аппарат Панченкова)	штатив, пробки 20 штук	394 штук
5.	Штатив на 40-60 пробирок	диаметр гнезда 17-18 мм, высота штатива не менее 4,5 см	866 штук
6.	Штатив на 18-20 пробирок	Диаметр гнезда 25-26 мм	68 штук
7.	Штатив на 20-25 пробирок	Диаметр ячейки 10-11 мм	42 штук
8.	Штатив для пипеточных дозаторов настольный на не менее 3 дозатора	штатив на не менее 3 дозатора	27 штук
9.	Штатив для пипеточных дозаторов настольный на 5-7дозаторов	штатив на 5 -7 мест	34 штук
10.	Планшет для РПГА из полистирола с U-образными лунками с крышкой	на 96 лунок	400 штуки
11.	Тампон (Swab) стерильный	**Стерильный**, **в пробирке** без среды, на пластиковой основе, допустимый размер от 12*150 мм до 13*165 мм, головка-хлопок или вискоза, диаметр головки не более 5 мм.	73 300 штук
12.	Тампон -зонд стерильный	**Стерильный,** в индивидуальной упаковке, на пластиковой основе, длина 150-165 мм, головка-хлопок или вискоза, диаметр головки не более 5 мм.	272 000 штук
13.	Тампон -зонд нестерильный	**Нестерильный**, на пластиковой или деревянной основе, длина 150-165 мм, хлопок или вискоза.	45 700 штук

ВХ № 10252
«25» 09 2026г.