БелМТ №906/26

Приложение 1

лот 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества	1
1.2	Набор расходных материалов для выполнения исследований	не менее 200

2. Технические требования.

№ п/п	Наименование	Базовые параметры	Примечание
2.	**Автоматический немагнитный инжектор контрастного вещества**		
2.1.	Совместимость с МРТ-аппаратом 3.0 Тесла	наличие	*
2.2.	Возможность одновременной установки не менее 1 флакона контрастного препарата и 1 флакона раствора с физиологическим раствором	наличие	
2.3.	Функция тестового введения жидкости для избежания экстравазации	наличие	
2.4.	Болюсы (фазы)	не менее 4	
2.5.	Функция открытой вены	наличие	
2.6.	Автоматическое регулирование давления введения	наличие	
2.7.	Отображение кривой давления введения	наличие	

2.8.	Отображение количества введенного физиологического раствора и контрастного вещества	наличие	
2.9.	Функция задержки пуска	наличие	
2.10.	Встроенная аккумуляторная батарея	наличие	
2.11.	Автоматическое прерывание инъекции при условии продолженного роста давления при автоматической снижении скорости введения	наличие	
2.12.	Дистанционная панель управления с цветным сенсорным дисплеем	наличие	
2.13.	Возможность приостановки инъекции на любой из болюсных фаз	наличие	
2.14.	Панель управления на инжекторе	наличие	
2.15.	Автоматическая детекция воздушной эмболии	наличие	
2.16.	Возможность создаения пользовательских программ, не менее 4-х шт.	наличие	

Примечание:

*) данные требования технического задания определяют уровень технических возможностей и класс аппарата, несоответствие по ним приведет к отклонению предложений.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1. Гарантийный срок всего комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.