БелМТ №845/26
лот 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Комплект/набор для введения источника (SAS) к инфузионной системе для ПЭТ Medrad Intego	шт.	640

2. Показатели (характеристики) предмета закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О закупках товаров (работ, услуг)".

2.1.1 Применение - Однократное
2.1.2 Упаковка - Стерильная апирогенная
2.1.3 Игла для подачи физиологического раствора - Наличие
2.1.4 Трубка для подачи физиологического раствора – участок, расположенный внутри направляющего желоба SAS и ведущий к насосу для подачи физиологического раствора - Наличие
2.1.5 Длина трубки от иглы для подачи физиологического раствора до Луэровского разъема мм - 600
2.1.6 Длина трубки от Луэровского разъема до смесителя мм - 810
2.1.7 Трубка для подачи (RP) мм - 250
2.1.8 Картридж для игл - (2 иглы: 9 см и 8 см)
2.1.9 Катушка SAS - Наличие
2.1.10 Докатушечный сегмент трубки мм - 285
2.1.11 Послекатушечный сегмент трубки - 295
2.1.12 Полная совместимость набора с инфузионной системой для ПЭТ Medrad Intego - Наличие
2.1.13 Контейнер для отходов мл - 375
2.1.14 Т-образный разъем - Наличие
2.1.15 Трубка для отведения отходов мм - 141
2.1.16 Трубка пациента - 145
2.1.17 Предохранительный клапан, обеспечивающий асептичность соединения между SAS и PAS - Наличие
2.1.18 Луэровский разъем для отсоединения системы подачи физиологического раствора - Наличие
2.1.19 Смеситель - Наличие
2.1.20 Совместимость системы с канюлей венфлона (периферического катетера) - Наличие
2.1.21 Защитные колпачки на иглах - Наличие
2.1.22 Наконечник ЛУЭРА - Наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №845/26
лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Комплект/набор для введения источника пациенту (PAS) инфузионной системе для позитронно-эмиссионной томографии Medrad Intego с встроенным фильтром	шт.	8000

2. Показатели (характеристики) предмета закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О закупках товаров (работ, услуг)".

2.1.1 Однократное применение - Соответствие
2.1.2 упаковка - Стерильная апирогенная
2.1.3 Съемная трубка для заправки - наличие
2.1.4 Односторонний обратный клапан - наличие
2.1.5 Совместимость с комплектом/набором для введения источника (SAS) - наличие
2.1.6 Совместимость с инфузионной системой Medrad Intego - наличие
2.1.7 наконечник: вентилируемый соединитель Луэра - наличие
2.1.8 Соединитель Луэра на обоих концах капилляра шприца поворотный - наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

согласно аукционным документам организатора.