1750

1448

22-10-2026

Приложение 1

Технические характеристики (описание)
Краник трехходовой запорный для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	***Количество***
ЛОТ №1 Краник трехходовой запорный	127 500 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1. Краник трехходовой запорный
2.1. Соединение должно быть адаптировано к любым инфузионным системам: два соединения типа «Луер» и одно винтовое соединение типа «Луер-Лок»; 2.2. В краниках трехходовых поворот должен осуществляться на 360 градусов; 2.3. Краники трехходовые должны быть устойчивыми к жировым растворам, давлению до 4 бар; 2.4. Переключатель в трехходовых краниках должен позволять четко фиксировать клапан, гарантируя лучшую передачу волны давления и точность инвазивного мониторинга, а также исключать контакт с кровью пациента во время манипуляции; 2.5. Винтовая муфта трехходового краника должна обеспечивать надежность соединения с наконечниками других систем; 2.6. Должен быть стерильным и упакован в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь):** документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».