УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «МГКОЦ»

_____ В.А.Кондратович
«02» октября 2026 г.

1. Заявка на закупку: **Ростомер медицинский.**

1. Сведения о заказчике	
Полное наименование	**Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"**
Место нахождения	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64
УНП	100 854 061
Адрес электронной почты	mgkod_z@mail.ru
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)	

2. Сведения о государственной закупке:

2.1. Предмет закупки:

Лот 1	
Предмет государственной закупки (наименование товара)	**Ростомер медицинский**
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложению №1
Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>	28.29.39.900 Оборудование для взвешивания и измерения прочее, не включенное в другие группировки
Объем (количество)	25 штук
Срок, график поставки товара	4 квартал 2026 год
Источник финансирования государственной закупки	Местный бюджет

3. Место поставки: г. Минск, пр. Независимости, 64
4. Порядок оплаты: по факту поставки.
5. Валюта платежа: белорусский рубль.

Приложение №1
к заявке на закупку

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

в рамках реализации объекта строительства:
«Возведение здания специализированного здравоохранения и предоставления социальных услуг по адресу:
пр.Независимости, 64/10, с выделением очередей строительства»

ЛОТ 1
Ростомер медицинский – 25 единиц

1. Состав:

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1.1.	Ростомер медицинский	25

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование параметров
2.1.	Предназначен для измерения роста взрослого пациента.
2.2.	С возможностью крепления к стене.
2.3.	Наличие шкалы измерения роста не менее 2200 мм.
2.4.	Цена деления шкалы 1 мм.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Товар поставляется на объект в упаковке, гарантирующей сохранность продукции.

3.2. Предлагаемое к поставке оборудование должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь.

3.3. Оборудование должно поставляться с отметкой о прохождении первичной государственной поверки с приложением Свидетельства о поверке установленного образца.

3.4. Оставшийся срок действия государственной поверки на момент фактической передачи товара на склад Заказчика должен составлять не менее 85% от установленного межповерочного интервала для данной модели.

Разработчик технических характеристик:

Главная медицинская сестра Е.А.Рогачевская