Приложение 1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Описание медицинского изделья	Количество шт.
1.1	Клипсы стерильные титановые малые	1512 кассет (в 1 кассете 6 шт)
1.2	Клипсы стерильные титановые средние	1080 кассет (в 1 кассете 6 шт)

2. Технические характеристики:

2.1.Клипса титановая малая

2.1.1 Форма клипсы U образная

2.1.2. Апертура открытой клипсы – 2.5 мм±0,1мм

2.1.3. Длина закрытой клипсы 3.0 мм±0,1мм

2.1.4. Цветовая маркировка- синяя

2.1.5. С продольными и поперечными бороздками на внутренней стороне клипс, наличие насечек на внешней стороне клипс для фиксации их в браншах клипсонакладывателя.

2.2Клипса титановая средняя

2.2.1. Форма клипсы U образная

2.2.2. Апертура открытой клипсы – 3.0 мм±0,1мм

2.2.3. Длина закрытой клипсы 5.0 мм±0,1мм

2.2.4. Цветовая маркировка- серебристая или белая

2.2.5. С продольными и поперечными бороздками на внутренней стороне клипс, наличие насечек на внешней стороне клипс для фиксации их в браншах клипсонакладывателя.

2.3* Совместимость к имеющимся в УЗ «ВОКБ» клипаппликаторам для сердечно-сосудистой хирургии фирмы «Джонсон и Джонсон» Производитель: «Ethicon-Endo Surgery» (США).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. срок годности на момент поставки должен быть не менее 60 % от срока установленного изготовителем;

Примечание: Символ * указывает на обязательное наличие данного требования. Отсутствие указанного требования является основанием для отклонения предложения.