Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Установка СВЧ для дезинфекции медицинских отходов	штук	1
Дополнительная комплектация			
1.2	Пакеты для медицинских отходов	шт	Не менее 8000
1.3	Этикетки для встроенного принтера	рулонов	4
1.4	Многоразовые термостойкие, непрокалываемые контейнеры с крышкой, объем 10 литров	штук	25

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

Специальные технические требования:

2.1	Условия эксплуатации:	
	Температура окружающего воздуха	От +10 до +35°С
	Относительная влажность	80% при температуре +25°С
2.2	Объем отходов, обрабатываемых за цикл	Не менее 8 литров
2.3	Время обработки медицинских отходов	Не более 50 минут
2.4	Внешние габариты (ШхГхВ)	Не более 670х500х579мм
2.5	Электрические параметры	230В/50Гц
2.6	Потребляемая мощность, кВт	Не долее 1,7кВт
2.7	Нагрев должен осуществляться за счет СВЧ-излучения мощностью	Около 1000 Вт
2.8	Сенсорный жидкокристаллический дисплей для отображения данных проводимого цикла	
2.9	Контроль температуры нагрева отходов должен осуществляться двумя независимыми температурными датчиками	

2.10	Контроль температуры нагрева отходов должен осуществляться автоматически во время всего цикла
2.11	Поворотная платформа, обеспечивающая равномерный нагрев во всем объеме контейнера
2.12	Система аварийного отключения цикла при детекции опасности пожара или возгорания, сопровождающаяся звуковой сигнализацией и печатью соответствующего сообщения на этикетке
2.13	Система, отводящая конденсат на протяжении всего цикла дезинфекции
2.14	Встроенный принтер для документации данных цикла