Приложение
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

«Светильник медицинский хирургический потолочный»

(наименование предмета государственной закупки)

1.Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	Кол-во
1	Светильник медицинский хирургический потолочный. Состоит из:	шт.	1
1.1	Система фиксации к потолку (оснащена системой тормозов и регулировкой по высоте)	шт.	1
1.2	Гибкость плеча (типа гусиная шея) крепится к штативу	шт.	1
1.3	Круглый купол со съемной ручкой для регулировки и позиционирования	шт.	1

2.Технические требования к светильнику медицинскому хирургическому потолочному

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
1	**Светильник медицинский хирургический потолочный**	
1.1	Тип	гусиная шея крепится к штативу-телескопу
1.2	Вариант исполнения	потолочный однокупольный
1.3	Световой поток светильника (на расстоянии 1м)	не менее 30 000 Люкс (не более 40 000 люкс)
1.4	Диапазон регулирования	не менее 15-100%.

1.5	Цветовая температура	не менее 4400 К
1.6	Индекс цветопередачи	не менее 96Ra
1.7	Глубина освещения	не менее 130 см
1.8	Диаметр светового поля d10 d50	 не менее 220 мм не менее 110 мм
1.9	Подключение к сети	220-230 В
1.10	Энергопотребление	не более 15 Вт
1.11	Степень защиты оболочками	не ниже IP43
1.12	Класс защиты	I

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. В стоимость предложения должны быть включены доставка, монтаж, наладка, ввод оборудования в эксплуатацию, обучение технического и медицинского персонала;

3.2. Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев с момента инсталляции оборудования.