МТ №840/26
лот 1

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» неонатальный многократного применения	штука	200

2. Показатели (характеристики):

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не более 399мл (неонатальный);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №840/26
лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» педиатрический многократного применения	штука	1 300

2. Показатели (характеристики):

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000мл (педиатрический);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №840/26
лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» для взрослых пациентов многократного применения	штука	2 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не менее 1500мл (взрослый);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №840/26
лот 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» неонатальный однократного применения	штука	3 200

2. Показатели (характеристики):

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не более 399мл (неонатальный);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №840/26
лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» педиатрический однократного применения	штука	3 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000мл (педиатрический);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №840/26
лот 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» для взрослых пациентов однократного применения	штука	12 000

2. Показатели (характеристики):

2.1. Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не менее 1500мл (взрослый);

2.2. Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3. Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4. Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6. Изделие однократного применения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

МТ №840/26
лот 7

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Комплект принадлежностей для ручной вентиляции легких с мешком Амбу – 14 единиц.

1. Состав (комплектация) 1 (одного) комплекта оборудования:

№ п/п	Составляющие комплекта	Кол-во
1.	Мешок дыхательный реанимационный типа «Амбу»	1 шт.
2.	Мешок резервуарный	1 шт.
3.	Кислородная трубка 2 м	1 шт.
4.	Блок клапанов пациента	1 шт.
5.	Маска силиконовая дыхательная лицевая №4	1 шт.
6.	Маска силиконовая дыхательная лицевая №5	1 шт.
7.	Ротоглоточный воздуховод типа «Гведела» №4	1 шт.
8.	Ротоглоточный воздуховод типа «Гведела» №5	1 шт.
9.	Ротоглоточный воздуховод типа «Гведела» №6	1 шт.
10.	Роторасширитель	1 шт.
11.	Пластиковый бокс с крышкой	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Мешок дыхательный типа «Амбу», предназначен для проведения искусственного дыхания пациентам ручным способом;

2.2 Мешок дыхательный типа «Амбу» объемом не менее 1600 мл и не более 2100 мл;

2.3 Мешок дыхательный типа «Амбу», блок клапанов пациента должны быть устойчивы к стерилизации методом автоклавированя;

2.4 Мешок дыхательный типа «Амбу» должен иметь время расправления не более 2 секунд;

2.5 Мешок дыхательный типа «Амбу» должен иметь возможность подключения к источнику кислорода (через кислородную трубку) *
2.6 Мешок резервуарный объемом не менее 2200 мл и не более 3000 мл
2.7 Кислородная трубка длинной 2 м, должна иметь просвет устойчивый к скручиванию и изгибу.
2.8 Блок клапанов пациента должен иметь клапан ограничения давления в дыхательном контуре с возможностью ограничения давления 55±15 см H2O ст.
2.9 Весь дыхательный комплект должен быть упакован в пластиковый прозрачный бокс, который имеет крышку и ручку (ремень), или сумку из непромокаемой ткани с ремнем для возможности переноски.

*- невозможность выполнения пункта ведет к отказу в участии в конкурсе.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1 Согласно аукционным документам.